



WYPOSAŻENIE PRACOWNI TERAPII

Lp.	NAZWA TOWARU/USŁUGI	ILOŚĆ	OPIS – ZAKRES MINIMALNY
1.	Aparat EEG BIOFEEDBACK 4 kanałowy	1	– co najmniej 4 - kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF + 2 monitory LCD min. 21" lub laptop z dodatkowym monitorem LCD min. 21" wskazana drukarka laserowa do wydruku wyników badań – w zestawie oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu – co najmniej 57 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, ujętych w 19 typów – funkcja porównywania wyników treningów – "krzywa uczenia" – oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestracje pacjentów, tworzenie opisów treningów, – eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk – instrukcja obsługi w języku polskim – zestaw elektrod miseczkowych i usznych – pasta przewodząco-klejaca – aparat musi posiadać moduł QEEG (Biofeedback PUS) – aparat musi posiadać certyfikat wyrobu medycznego dla urządzenia i oprogramowania – urządzenie musi być zarejestrowane w Rejestrze Wyrobów Medycznych